

**СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**



№ 17551 от 12 апреля 2024 г.

Срок действия до 3 мая 2028 г.

Наименование типа средств измерений:

Датчики избыточного давления МИДА-ДИ-12П и МИДА-ДИ-12П-Ех

Производитель:

ООО МИДАУС, г. Ульяновск, Российская Федерация

Документ на поверку:

**МДВГ.406233.032РЭ «Датчики избыточного давления МИДА-ДИ-12П
и МИДА-ДИ-12П-Ех. Руководство по эксплуатации»**

Интервал времени между государственными поверками: **24 месяца**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 12.04.2024 № 29

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак